

Fiche matériel



Nom du matériel :
Autotransformateur variable



Marque :



Type :
ATV1



Localisation :
Bâtiment A



Personne à contacter :
Technicienne de Labo (A015)



Caractéristiques :

Autotransformateur variable, sortie sur bornes de sécurité diam.4mm (bananes) et sur prise 2P+T normalisée.

Tension de sortie: De 0 à 250 V AC.

Courant de sortie: 5 A.

Puissance en kVA: 1.25 kVA Max.

Sortie double permettant l'alimentation de 2 appareils simultanément.

Affichage galvanomètre pour la tension de sortie.



Précaution d'emploi :